

LLPLL
LLLPP
LLLPL
LLLLP
LLLLL

Výsledky jsou v některých místech poněkud nejasné, protože stejný výsledek dává dvojí nastavení přepínačů. Konkrétně se jedná o rozsah 15 a 150 A. Které nastavení je správné, nebo spíše správnější, nevím.

Obr. 1 - Nastavovací prvky ampérmetru.

Rozsahy 20 a 100 A jsem si vyzkoušela a jsou správně, proto předpokládám, že i zbytek bude správně. Moje laboratorní proudové trafo má totiž jiné rozsahy než uvažuje výrobce ampérmetru a tak jsem nemohla zkoušet více. Moje trafo je Metra TL20 s rozsahy 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 A.

Pokud někdo má od těchto ampérmetrů dokumentaci a bude moci potvrdit, nebo vyvrátit, moje závěry a měření, tak budu jen ráda, pokud tak učiní 😊